



معاون محترم بهداشت دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

معاون محترم درمان دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

موضوع: اعلام نتیجه ارزیابی کیفیت آنتی سرم های ویبریو کلرا تولید انستیتو پاستور ایران - سال ۱۴۰۴

با سلام و احترام

در راستای اجرای برنامه نظام مراقبت بیماری وبا و تشخیص آزمایشگاهی بیماری های قابل انتقال از آب و غذا، همچنین با توجه به نزدیک بودن ایام اربعین حسینی و لزوم ارزیابی کیفیت آنتی سرم های تشخیصی ویبریو کلرا موجود در سطح مصرف، و پیرو نامه شماره ۳۰۷/۶۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۱ این اداره کل، درخصوص اعلام نتیجه ارزیابی کیفیت آنتی سرم های ویبریو کلرا تولید انستیتو پاستور ایران - سال ۱۴۰۴، به استحضار می رساند با توجه به قابل قبول بودن کیفیت آنتی سرم های مذکور با مشخصات زیر، خواهشمند است دستور فرمایید؛ نتیجه ارزیابی در اسرع وقت به آزمایشگاه های تحت پوشش آن معاونت اطلاع رسانی شود.

تاریخ انقضاء	تاریخ تولید	شماره سری ساخت	نام محصول
1405/01	1404/01	VCI0401	آنتی سرم ویبریو کلرا اینابا
1405/01	1404/01	VCO0401	آنتی سرم ویبریو کلرا اگاوا
1405/01	1404/01	VCP0401	آنتی سرم ویبریوکلرا پلی والان

همچنین درخصوص ضرورت ثبت مشکلات مربوط به کیفیت وسایل تشخیص آزمایشگاهی، خواهشمند است تاکید فرمایید؛ در صورتی که در کیفیت آنتی سرم های مذکور عدم انطباق یا مشکلی مشاهده شود، آزمایشگاه های تحت پوشش آن معاونت مشکلات مشاهده شده را در سامانه MDR وب سایت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی با آدرس imed.ir ثبت و پیگیری نمایند.

دانشگاه ها می توانند مستندات مشکلات مشاهده شده و کد رهگیری اخذ شده از آن سامانه را در قالب فرم شماره ۲ گزارش مشکلات کیت و فرآورده های آزمایشگاهی به این اداره کل نیز گزارش نمایند.

دکتر کاظم وطن خواه یزدی
رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت

آدرس:

ستاد آزمایشگاه مرجع سلامت: تهران، شهرک قدس، بلوار ایوانک، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک C، طبقه ششم، تلفن: ۸۱۴۵۳۰۶۱ - شماره: ۸۱۴۵۲۳۸۳

آزمایشگاه رفرانس (بخش فنی آزمایشگاه مرجع سلامت): خیابان نوفل لوشاتو، نرسیده به خیابان حافظ، کوچه کیخسرو شاهرخ، پلاک ۴۸ - تلفن: ۶۶۷۵۰۰۳۰ و ۶۶۷۵۰۰۱۰ - شماره: ۶۶۷۲۸۱۲۱